

KJEMISKE DESINFEKSJONSMIDLER

- Dette er et utvalg av de mest brukte midler i helsetjenesten, beregnet på vanlige bakterier og virus. Vær obs på midlenes begrensninger.
- Forkortelse: C. diff. = Clostridioides difficile, bakterie som danner sporer

Produkt	Begrensninger	Bruksområde	Virketid
Overflate desinfeksjonssprit 70 – 85 % alkohol.	- Ikke effekt: Sporer (C. diff.), Norovirus og mykobakterier (tuberkulose) - Ikke virksomt på synlig søl og derfor ikke egnet til flekkdesinfeksjon	- Rengjorte og <u>tørre</u> overflater/utstyr	- Minimum 1 min. (Sjekk produktinfo.) - Hold fuktig i hele virketiden, skal fordampe (bruk nok middel)
Virkon Påfør dato ved utblanding. I lukket flaske holdbar i 5 døgn. Løsning i beholder for utstyr: Bytt x 1 pr døgn.	- Ikke effekt: Sporer (C. diff.) og mykobakterier (tuberkulose) - Ikke egnet på aluminium og kobber - Kan gi misfarging hvis bruk på tekstiler	- Rengjorte overflater/utstyr - Flekkdesinfeksjon: Først fjernes søl - Tekstiler («i nødsfall», ikke rutinemessig) Kun bløtlegging, ikke bruk i vaskemaskin	- 10 min. ved vanlig desinfeksjon - 30 min. ved flekkdesinfeksjon - Holdes fuktig i hele virketiden. Vask/skyll av med rent vann. - 10 min. ved bløtlegging av tekstiler
PeraSafe Påfør dato ved utblanding. Blanding holdbar i 12 timer		- Rengjort utstyr og overflater - Flekkdesinfeksjon: Fjern først søl	- 10 min. - Holdes fuktig i hele virketiden. Vask/skyll av med rent vann.
LifeClean Holdbar i 8 uker fra åpning (kun 4 uker v/ C.diff), i utstyrsbeholder: 8 timer i <u>lukket</u> beholder.	- Avgir klordioksidgass, forutsetter maske med gassfilter ved langvarig eksponering/dårlig ventilasjon - Restriktiv bruk på rom med pasient - Kan gi skjolder på metall/stålflater	- Rengjorte overflater/utstyr. - Flekkdesinfeksjon: Fjern først søl	- 2 min. ved vanlig desinfeksjon - 5 min. ved sporer (C.diff.) - Holdes fuktig i hele virketiden. Vask/skyll av med rent vann.
Desinfeksjonsklut (fyll inn selv hvis dere bruker kluter)			

- Produktinformasjon fås hos leverandør. Bruk verneutstyr iht. sikkerdatablad. Generelt: Unngå sprayflasker pga. fare for innånding. Det bør være god ventilasjon. Beholdere skal være lukket.
- Desinfeksjonskluter kan føyes til i åpen rubrikk. Hjelp til å velge egnet produkt fins her: [Desinfeksjonskluter til teknisk desinfeksjon – oversikt og kommentarer](#) utarbeidet av Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering og Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Sør-Øst.