

KJEMISKE DESINFEKSJONSMIDLER

Dette er et utvalg av de mest brukte desinfeksjonsmidlene i sykehjem. Sjekk produktinformasjon fra leverandør for mer informasjon.

Se også [Oversikt over godkjente desinfeksjonsmidler og veiledning for bruk](#), Direktoratet for medisinske produkter.

Produkt	Effekt på	Begrensninger	Bruksområde	Virketid
Overflate desinfeksjonssprit 70 – 85 % alkohol.	De fleste bakterier og virus <u>unntatt</u> Clostridioides difficile og Norovirus.	Ikke virksomt på synlig søl/ kroppsvæsker (flekkdesinfeksjon)	Rengjorte og <u>tørre</u> flater/utstyr.	Minst 1 min. Holdes fuktig i hele virketiden, skal fordampe.
Virkon Merk flaske med tidspunkt for utblanding. Holdbar i 5 døgn i flasken. Blanding i beholder for utstyr: Bytt x 1 pr døgn.	De fleste bakterier og virus <u>unntatt</u> Clostridioides difficile og mykobakterier (Tuberkulose).	Ikke egnet på aluminium og kobber. Kan gi farge på tekstiler.	Rengjorte flater og utstyr. Flekkdesinfeksjon: Fjern først mest mulig søl/forurensning. Tekstiler: 10 min. Deretter vask	10 min. 30 min. ved synlig forurensning (flekkdesinfeksjon) Holdes fuktig i hele virketiden. Vask/skyll av med rent vann.
PeraSafe Merk flaske/holder med tidspunkt for utblanding. Ferdig bruksløsning kan brukes i inntil 12 timer.	Alle bakterier og virus.	Ingen kjente.	Rengjorte flater og utstyr. Flekkdesinfeksjon: Fjern først mest mulig søl/forurensning.	10 min. Holdes fuktig i hele virketiden. Vask/skyll av med rent vann.
LifeClean Holdbar i 8 uker etter åpning. (4 uker etter åpning for effekt på Clostridioides difficile). Blanding i beholder for utstyr: Holdbar 8 timer i <u>lukket</u> beholder (3 timer i beholder uten lokk).	Alle bakterier og virus.	Kan gi skjolder på metall- og stålfater (unngås ved å vaske av etter bruk).	Rengjorte flater og utstyr. Flekkdesinfeksjon: Fjern først mest mulig søl/forurensning.	2 min. 5 min. ved Clostridioides difficile. (LifeClean PLUSS har best dokumentert effekt på C. diff.) Holdes fuktig i hele virketiden. Vask/skyll av med rent vann.

Bruk verneutstyr som anbefalt på sikkerdatablad for aktuelt desinfeksjonsmiddel, ev kontakt leverandør. Desinfeksjonsvæske i beholdere skal ha lokk over. Rommet bør ha god ventilasjon. Sprayflasker benyttes ikke pga. fare for innånding.